


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

УДК 677.025.51:61

№ ГР

Инв №

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе УО ВГТУ


С.М. Литовский

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработать компрессионные лечебно-профилактические чулочные изделия
и внедрить технологию их производства

2004 – Г/Б – 708

(аннотированный за 2 кв. 2004 г.)


Научный руководитель

Начальник НИСа


А.В. Чарковский


С.А. Беликов

Список исполнителей

Научный руководитель	к.т.н., доцент		А.В. Чарковский (общее руководство)
Исполнитель	к.т.н., доцент		Е.А. Калмыкова (определение показателей качества)
Исполнитель	к.т.н., доцент		М.Л. Кукушкин (оценка уровня давления)
Исполнитель	лаборант		Г.Р. Мозжарова (оформление документации)
Исполнитель	Зам начальника ТЛ ЧНП Витебского ОАО "КИМ"		А.П. Лапунова (разработка технологии)
Исполнитель	Мастер Витебского ОАО "КИМ"		А.И. Лебедев (изготовление образцов)

Реферат

Отчет 9 с., 3 табл., 1 рис., 1 ч.

Объектом исследований являются компрессионные лечебно-профилактические чулочные изделия и технология их получения.

Цель работы – проектирование медицинских чулочных изделий для компрессионной терапии и определение их качественных характеристик.

При выполнении работы проводилось вязание опытных образцов изделий и испытания продукции в лаборатории предприятия-изготовителя.

В результате выполнения работы определены варианты заправки оборудования, при которых получаемые образцы соответствуют заявляемым техническим характеристикам. Проведен выбор основных показателей качества создаваемых изделий и определены их численные значения.

Создаваемые изделия должны пользоваться спросом за счет широкого ряда размеров, а также потому, что могут одинаково успешно применяться как мужчинами так и женщинами. При этом увеличение давления по длине изделия планируется одинаковым для всех размеров.